


Seminario sui rischi connessi all'utilizzo di apparecchiature in ambito estetico

Incontro con gli operatori del settore



Arezzo 6 ottobre 2025

Siena 7 ottobre 2025


Grosseto 13 ottobre 2025

AREZZO
Via Curtatone 54, 52100
Centralino 0575 2551
RI e C.F. 02236310518
SIENA
Piazza Rosselli 26, 53100
Centralino 0577535111
GROSSETO
Via Cimabue 109, 50100
Centralino 0564485111


Dott. Roberto Perinti
Tecnico della Prevenzione in ambito Igiene Pubblica
e-mail: roberto.perinti@uslsudest.toscana.it




RIFERIMENTI NORMATIVI



L.R. 28/2004



reg. DPGR 47/R/2007




D. Intermin. 206/2015

ATTIVITA' ESTETICA

Prestazioni e trattamenti eseguiti sulla **superficie del corpo umano** con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne o proteggere l'**aspetto estetico** e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi



VS



ATTIVITA' SANITARIA

- individuazione e diagnosi di malattie
- prescrizione di cure
- somministrazione di qualsivoglia rimedio

ABUSO DI PROFESSIONE



REQUISITI FORMATIVI

ESTETISTA

Specializzazione per gestione autonoma o responsabile tecnico


Addetto al trucco con
DERMOPIGMENTAZIONE

AGGIORNAMENTO ogni cinque anni

SPECIAL

Le schede tecnico-informative delle attrezzature possono prevedere lo svolgimento di uno specifico percorso formativo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI



ALTEZZE ADEGUATE

2,70 mt per locali principali – 2,40 mt per locali accessori

AREAZIONE NATURALE

o in alternativa impianto di areazione forzata a norma UNI 10339

ILLUMINAZIONE NATURALE

o integrata con illuminazione artificiale



L'utilizzo delle apparecchiature laser di classe 3B e 4 e delle apparecchiature ad impulsi luminosi deve avvenire in locali che consentono il rispetto delle norme di protezione previste per tali apparecchiature dal decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110

DERMOPIGMENTAZIONE



REQUISITI TATUATORE

CARATTERISTICHE STRUTTURALI




POSTAZIONE DI LAVORO



CABINA / LOCALE

CARATTERISTICHE STRUTTURALI




Norma CEI 64-8 Locale ad uso medico

Locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza e di riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici).

OBBLIGO DI PROGETTO

PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA

- individuazione delle apparecchiature con parti applicate al corpo
- definizione della tipologia di locale gruppo 0 o gruppo 1
- collegamento equipotenziale supplementare
NODO EQUIPOTENZIALE



IL DM 206 DEFINISCE:

ATTREZZATURE UTILIZZABILI

CARATTERISTICHE TECNICO
DINAMICHE
E MECCANISMI DI REGOLAZIONE

CAUTELE D'USO

MODALITA' DI ESERCIZIO





Le attrezzature utilizzabili nelle attività di estetica sono **esclusivamente** quelle riportate nell'elenco del DM 206/15



sono vietate tutte le attrezzature non riportate nell'elenco come ad esempio:



**stimolatore muscolare
con campo magnetico**




**lame
per esecuzione
microblading**




plasma pen



Ogni scheda informativa contiene un paragrafo nel quale è riportata:



una **descrizione dell'apparato** con specifici requisiti tecnici e funzionali



il **meccanismo di azione**, cioè la sollecitazione che il macchinario imprime al corpo per ottenere l'effetto desiderato




Ogni scheda informativa contiene inoltre:




indicazioni specifiche su come deve essere utilizzata l'attrezzatura



le specifiche **cautele d'uso** al fine di evitare rischi specifici per gli utenti



norme di prodotto applicabili ai macchinari



Le strumentazioni vengono utilizzate su:

- soggetti consenzienti
- adeguatamente informati sulle procedure cui vengono sottoposti
- le finalità delle strumentazioni che verranno utilizzate
- le modalità di utilizzazione
- i possibili risultati attesi
- le eventuali controindicazioni e rischi.



Laddove le schede delle singole apparecchiature prevedano raccomandazioni o valutazioni anche di condizioni patologiche ed il soggetto non disponga di informazioni certe si rende necessario il **coinvolgimento del medico di fiducia.**


Fascicolo d'esercizio:

- Tipologie di prestazione indicando la metodica
- elenco fornitori
- procedure per la sterilizzazione dello strumentario
- procedure sanificazione ambienti
- apparecchiature e elettromeccaniche impiegate




STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE


Le attrezzature o le parti delle apparecchiature elettromeccaniche che vengono a contatto con l'utente (se non sono monouso) devono essere sottoposte a:



STERILIZZAZIONE




DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO



STERILIZZAZIONE


la sterilizzazione può essere effettuata facendo uso di




AUTOCLAVE



STUFA A SECCO




SFERE DI QUARZO



soltanto per strumenti di piccole dimensioni





DISINFEZIONE

Vengono considerati disinfettanti ad alto livello

- Le aldeidi
- il perossido di idrogeno
- gli ipocloriti
- l'acido peracetico



PRELAVAGGIO

IMMERSIONE

**ESTRAZIONE CON
PINZE STERILI**

**LAVAGGIO IN
ACQUA STERILE**

**ASCIUGATURA CON
TELI STERILI**


SANZIONI E PROVVEDIMENTI

VIOLAZIONE	SANZIONE	PROVVEDIMENTI ACCESSORI
Mancanza requisiti formativi di base	Da 3000 a 18000 euro	
Mancanza requisiti formativi specifici per attrezzature	Da 1000 a 6000 euro	SEQUESTRO ATTREZZATURA
Mancanza requisiti minimi strutturali e igienico sanitari	Da 500 a 3000 euro	SOSPENSIONE ATTIVITA' DA PARTE DEL COMUNE
Attrezzature non comprese nel DM 206/2015	Da 3000 a 18000 euro	SEQUESTRO ATTREZZATURA
Mancata osservanza delle modalità di utilizzo delle attrezzature	Da 1000 a 3000 euro	



Nel caso di non conformità l'azienda USL indica gli adeguamenti necessari e **sospende l'attività** nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie, dandone immediata comunicazione al comune .

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



AREZZO
Via Curtatone 54, 52100
Centralino 0575 2551
RI e C.F. 02236310518
SIENA
Piazza Rosselli 26, 53100
Centralino 0577535111
GROSSETO
Via Cimabue 109, 50100
Centralino 0564485111

Dott. Roberto Perinti
Tecnico della Prevenzione in ambito Igiene Pubblica
e-mail: roberto.perinti@uslsudest.toscana.it

