

www.uslsudest.toscana.it
#salutetoscanasudest



Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie della Riabilitazione e della Prevenzione

AREZZO
Via Piero Calamandrei 173, 52100
Centralino 0575 2551
P.I e C.F. 02236310518
SIENA
Piazza Rosselli 26, 53100
Centralino 0577535111
GROSSETO
Via Cimabue 109, 50100
Centralino 0564485111

Dott.ssa Chiara Cincinelli
Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

DATA 6 – 7 – 13 ottobre 2025

PRIMI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEI CENTRI ESTETICI

Non conformita' rilevate nel territorio dell'Azienda usl Toscana sud
est – anno 2024:

124


Di cui **72** relative gli apparecchi elettromeccanici ad uso
estetico

NON CONFORMITA' RILEVATE PER TIPOLOGIA DI APPARECCHIO ELETTROMECCANICO AD USO ESTETICO – ANNO 2024

TIPOLOGIA MACCHINARIO	NUMERO N.C.
SOLARIUM	9
LUCE PULSATA E LASER	6
ALTRO TRATTAMENTO	57

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

TIPOLOGIE DI MACCHINARI NON CONFORMI – ANNO 2024



ALTRI TRATTAMENTI:


- radiofrequenza;
- apparecchi per presso-massaggio;
- sterilizzatori;
- stimolatori ad ultrasuoni;
- depilatori elettrici ed elettronici;
- elettrostimolatori ad impulsi
- ecc. ecc.

TIPOLOGIA DI N.C. RILEVATE

TIPOLOGIA N.C.	NUMERO N.C. RILEVATE
manuale d'uso non completi, assenti, dati non conformi alla normativa	21
cartellonistica assente o non corretta	7
requisiti locali d'installazione	14
D.P.I. non conformi	2
Mancanza dichiarazione di conformità al D.M. 206/2015	13
altro (mancanza targhetta identificativa, mancanza Dich. Conf. CE, mancanza documentazione tecnica, ecc.)	15

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

TIPOLOGIE DI N.C. RILEVATE SUI MACCHINARI – ANNO 2024



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE!


**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AD
UNA DELLE SCHEDE TECNICHE DEL
D.M. 206/2015!**

TIPOLOGIA DI N.C. RILEVATE SU SOLARIUM

TIPOLOGIA N.C.	NUMERO N.C. RILEVATE
Cartellonistica assente/non conforme	4
Presenza superfici riflettenti	2
Assenza campanello chiamata di emergenza	3
DPI non conformi o assenti	2
Mancanza dichiarazione irradianza efficace	1
Mancanza schede clienti	1
Manuale d'uso e manutenzione incompleto/non conforme	3
Assenza box doccia	1
Uso di creme solari	1
Mancanza Dich. Conf. CE	1
Mancanza targhetta identificativa	1

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

TIPOLOGIE DI N.C. RILEVATE SU SOLARIUM – ANNO 2024



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Dott.ssa Chiara Cincinelli
Email: chiara.cincinelli@uslsudest.toscana.it